



# VERKLARING

nummer 15202790.1000.2  
blad 1 van 1

**Aanvrager** Politie Noord-Nederland  
Postbus 107  
9400 AC ASSEN

**Aangeboden** Een lichtdoorlaatbaarheidsmeter voor een herhaald onderzoek  
fabrikaat : Turnkey Instruments  
type : Tintman  
typegoedkeuringsnummer : TP7611  
serienummer : 2172  
meetbereik : 0-100 % transmittantie

**Onderzoeksdatum** Het onderzoek werd verricht op 11 november 2015.

**Resultaat** Bij het onderzoek voldeed de lichtdoorlaatbaarheidsmeter aan de *Concept voorschriften meetmiddelen politie* en de *Aanvullende eisen lichtdoorlaatbaarheidsmeters*.

**Herleidbaarheid** De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.

**Opmerking** Deze verklaring vervalt 12 maanden na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De aangewezen instantie,  
NMI Certin, 11 november 2015

  
C. Oosterman  
Hoofd Certificatiebestuur