

Aanvrager	Politie Noord-Nederland Postbus 588 9700 AN GRONINGEN
Aangeboden	Een lichtdoorlaatbaarheidsmeter voor een herhaald onderzoek fabrikaat : Turnkey Instruments type : Tintman typegoedkeuringsnummer : TP7611 serienummer : TMN 2174 meetbereik : 0-100 % transmittantie
Onderzoeksdatum	Het onderzoek werd verricht op 11 november 2016.
Resultaat	Bij het onderzoek voldeed de lichtdoorlaatbaarheidsmeter aan de <i>Concept voorschriften meetmiddelen politie</i> en de <i>Aanvullende eisen lichtdoorlaatbaarheidsmeters</i> .
Herleidbaarheid	De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.
Opmerking	Deze verklaring vervalt 12 maanden na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De aangewezen instantie,
NMI Certin, 11 november 2016


C. Oosterman
Hoofd Certificatiebestuur