

Aanvrager  
Politie Noord-Nederland  
Postbus 269  
8901 BB LEEUWARDEN

Aangeboden  
Een lichtdoorlaatbaarheidsmeter voor een herhaald onderzoek.  
fabrikaat : Turnkey Instruments  
type : Tintman  
typegoedkeuringsnummer : TP7611  
serienummer : 2212  
meetbereik : 0-100 % transmittantie

Onderzoeksdatum  
Het onderzoek werd verricht op 7 december 2015.

Resultaat  
Bij het onderzoek voldeed de lichtdoorlaatbaarheidsmeter aan de *Concept voorschriften meetmiddelen politie* en de *Aanvullende eisen lichtdoorlaatbaarheidsmeters*.

Herleidbaarheid  
De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.

Opmerking  
Deze verklaring vervalt 12 maanden na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De aangewezen instantie,  
NMI Certin, 7 december 2015

  
C. Oosterman  
Hoofd Certificatiebestuur