



VERKLARING

nummer 2291759.00080.1

blad 1 van 1

- Aanvrager Politie Noord-Nederland
Noorderend 4
9207 AL Drachten
- Aangeboden Een lichtdoorlaatbaarheidsmeter voor een herhaald onderzoek
- fabrikaat : Turnkey Instruments
type : Tintman
typegoedkeuringsnummer : TP7611
serienummer : 2212
meetbereik : 0-100 % transmittantie
- Onderzoeksdatum Het onderzoek werd verricht op 19 november 2019.
- Resultaat Bij het onderzoek voldeed de lichtdoorlaatbaarheidsmeter aan de *Concept regeling voorschriften meetmiddelen politie* en de *Aanvullende eisen lichtdoorlaatbaarheidsmeters*.
- Herleidbaarheid De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.
- Opmerking Deze verklaring vervalt op 19 november 2020 of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De certificerende instelling,
NMI Certin, 19 november 2019

Certificatiebestuur