



nummer 16200403.1000.3

blad 1 van 1

- Aanvrager** Dutch Dynamometers & Engineering
Hogerwerf 15
4704 RV ROSENDAAL
- Aangeboden** Een bromfietsrollentestbank voor een herhaald onderzoek
- fabrikaat : DynoStar
type : Model 2C-S
typegoedkeuringsnummer : T6820
meetbereik : 0-125 km/h
serienummer bank : 020148
serienummer elektronica : 108
kalibratieteller : 00001
softwareversie : 3.00
checksum : 0x33250000
- Onderzoeksdatum** Het onderzoek werd verricht op 23 februari 2016.
- Resultaat** Bij het onderzoek voldeed de bromfietsrollentestbank aan de voorschriften zoals vermeld in *hoofdstuk 8 van de Regeling voertuigen*.
- Herleidbaarheid** De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.
- Opmerking** Dit certificaat vervalt 12 maanden na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De aangewezen instantie,
NMI Certin, 23 februari 2016


C. Oosterman
Hoofd Certificatiebestuur