

Aanvrager	MD Techniek BV Neon 15-P 4751 XA OUD GASTEL
Aangeboden	Een Wiellastmeter voor een herhaald onderzoek  fabrikaat : HAENNI type : WL 103 serienummer : 4386 weegvermogen : 10.000 kg afleeseenheid : 20 kg typegoedkeuringsnummer : 64.E827
Onderzoeksdatum	Het onderzoek werd verricht op 2 oktober 2017.
Resultaat	Bij het onderzoek voldeed het meetmiddel aan de voorschriften zoals genoemd in de <i>Regeling meetmiddelen politie</i> .
Herleidbaarheid	De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.
Opmerking	Deze verklaring vervalt 24 maanden na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De aangewezen instantie,  
NMI Certin, 2 oktober 2017

  
C. Oosterman  
Hoofd Certificatiebestuur



