

|                 |  |
|-----------------|--|
| Aanvrager       | Politie Oost-Nederland<br>Beekstraat 39<br>6811 DW ARNHEM  |
| Aangeboden      | Een ademanalyse-apparaat voor een aanvullend onderzoek bij de 0,2 promille grens (beginnend bestuurder).<br>fabrikaat : Dräger<br>type : Alcotest 9510<br>serienummer : ARHA-0008<br>typegoedkeuringsnummer : T7802<br>kalibratienummer : 13 |
| Onderzoeksdatum | Het onderzoek werd verricht op 10 januari 2019.  |
| Resultaat       | Bij het aanvullend onderzoek voldeed het ademanalyse-apparaat bij een nominale concentratie van 100 µg/l aan de voorschriften zoals genoemd in artikel 4.1.1.3 en 4.1.3.1 van de "Regeling ademanalyse".                                     |
| Herleidbaarheid | De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.   |
| Opmerking       | Deze verklaring vervalt 28 weken na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.             |

De aangewezen instantie,  
NMI Certin, 10 januari 2019

  
C. Oosterman  
Hoofd Certificatiebestuur

**DEZE VERKLARING DIENT IN DE ONDERZOEKSRUIMTE AANWEZIG TE ZIJN.**