

nummer 2388541.00501.1
blad 1 van 1

Aanvrager Politie Oost-Nederland
 Beekstraat 39
 6811 DW ARNHEM

Aangeboden Een ademanalyse-apparaat voor een herhaald onderzoek

fabrikaat	:	Dräger
type	:	Alcotest 9510
serienummer	:	ARHA-0008
typegoedkeuringsnummer	:	T7802
kalibratienummer	:	18

Onderzoeksdatum Het onderzoek werd verricht op 16 juli 2019.

Resultaat Bij het onderzoek voldeed het ademanalyse-apparaat aan de voorschriften zoals genoemd in de "Regeling ademanalyse".

Herleidbaarheid De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.

Opmerking Deze verklaring vervalt 28 weken na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De aangewezen instantie,
NMI Certin, 16 juli 2019


C. Oosterman
Hoofd Certificatiebestuur

DEZE VERKLARING DIENT IN DE ONDERZOEKSRUIMTE AANWEZIG TE ZIJN.

