



# VERKLARING

nummer 3783586.1-2373112.1

blad 1 van 1

Aanvrager	Politie - 105894 Van Heemstraweg 3a 6644 KE Ewijk
Aangeboden	Een ademanalyse-apparaat voor een herhaald onderzoek. fabrikaat : Dräger type : Alcotest 9510 serienummer : ARHA-0017 typegoedkeuringsnummer : T7802 kalibratienummer : 15
Onderzoeksdatum	Het onderzoek werd verricht op 19-04-2024.
Resultaat	Bij het onderzoek inclusief een concentratie voor beginnend bestuurder voldeed het ademanalyse-apparaat aan de voorschriften zoals genoemd in de Regeling ademanalyse.
Herleidbaarheid	De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.
Opmerking	Deze verklaring vervalt 28 weken na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.
De keuringsinstelling, NMI Certin, 19-04-2024	
Certificatiebestuur	

**DEZE VERKLARING DIENT IN DE ONDERZOEKSRUIMTE AANWEZIG TE ZIJN.**

**NMI Certin B.V.**  
Thijsseweg 11  
2629 JA Delft  
Nederland  
T +31 (0)88 636 2332  
keuringen@nmi.nl  
www.nmi.nl

Dit document wordt verstrekt onder het voorbehoud dat generlei aansprakelijkheid wordt aanvaard en dat aanvrager vrijwaring geeft voor elke aansprakelijkheid jegens derden.

Reproductie van het volledige document is toegestaan.

Dit document is digitaal getekend en verzegeld. De digitale handtekening kan geverifieerd worden via de blauwe balk bovenin de elektronische versie van dit certificaat.

