

- Aanvrager** Dräger Nederland B.V.
Huygensstraat 35
2721 LT Zoetermeer
- Aangeboden** Een ademanalyse-apparaat voor een herhaald onderzoek
- fabrikaat : Dräger
type : Alcotest 9510
serienummer : ARHA-0026
typegoedkeuringsnummer : T7802
kalibratienummer : 23
- Onderzoeksdatum** Het onderzoek werd verricht op 24 april 2019.
- Resultaat** Bij het onderzoek voldeed het ademanalyse-apparaat aan de voorschriften zoals genoemd in de "Regeling ademanalyse".
- Herleidbaarheid** De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.
- Opmerking** Deze verklaring vervalt 28 weken na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De certificerende instelling,
NMI Certin, 25 april 2019


C. Oosterman
Hoofd Certificatiebestuur

DEZE VERKLARING DIENT IN DE ONDERZOEKSRUIMTE AANWEZIG TE ZIJN.