



K O P I E !

VERKLARING

G O E D G E K E U R D O P
2 5 - 0 4 - 2 0 1 7
G E L D I G T O T
0 7 - 1 1 - 2 0 1 7

nummer 2026887.07000.1
blad 1 van 1

Aanvrager Politie Oost-Nederland
Vosselmanstraat 201
7311 CL APELDOORN

Aangeboden Een ademanalyse-apparaat voor een herhaald onderzoek

fabrikaat : Dräger
type : Alcotest 9510
serienummer : ARHA-0038
typegoedkeuringsnummer : T7802
kalibratienummer : 19

Onderzoeksdatum Het onderzoek werd verricht op 25 april 2017.

Resultaat Bij het onderzoek voldeed het ademanalyse-apparaat aan de voorschriften zoals genoemd in de "Regeling ademanalyse".

Herleidbaarheid De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.

Opmerking Deze verklaring vervalt 28 weken na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De aangewezen instantie,
NMI Certin, 25 april 2017


C. Oosterman
Hoofd Certificatiebestuur

Origineel in de blauwe NMI map of bij de beheerder

DEZE VERKLARING DIENT IN DE ONDERZOEKSRUIMTE AANWEZIG TE ZIJN.

NMI Certin B.V.
Hugo de Grootplein 1
3314 EG Dordrecht
Nederland
T +31 (0)78 633 23 20
keuringen@nmi.nl
www.nmi.nl

Dit document wordt verstrekt onder het voorbehoud dat generlei aansprakelijkheid wordt aanvaard en dat aanvrager vrijwaring geeft voor elke aansprakelijkheid jegens derden.

Reproductie van het volledige document is toegestaan.

