



Service Partner in  
Sound & Vibration



## KALIBRATIECERTIFICAAT

Certificaat Nr. EN24-011-b

### Kalibratie van

Geluidsniveaumeter	:	B&K 2250-L	S/N:	3028262	ID:	DB19010370
Microfoon	:	B&K 4950	S/N:	3206833		
Voorversterker	:	B&K ZC 0032	S/N:	29154		
Bijhorende kalibrator	:	B&K 4231	S/N:	3024240		

### Klant

Naam	:	Politie Oost Nederland
Adres	:	Arnhemseweg 348 7334 AC Apeldoorn -- NL

### Kalibratiecondities

Conditionering	:	4 uur aan 23°C ± 3°C
Omgevingscondities	:	Luchtdruk: 1025 hPa    Vochtigheid: 34,2 % RH    Temperatuur: 21 °C

### Specificaties

De geluidsniveaumeter is gekalibreerd volgens de vereisten gespecificeerd in IEC 61672-3:2013 Class 1.

Op het moment van kalibratie bevestigt dit certificaat dat alleen het bovenstaande product werd gekalibreerd en geaccrediteerd volgens de norm ISO / IEC17025:2017 "Algemene vereisten voor de competentie van test- en kalibratielaboratoria", in het laboratorium van ENMO Services BVBA.

Met geplande intervallen zijn ENMO-kalibratiestandaarden geverifieerd en traceerbaar naar nationale en internationale standaarden.

### Procedure

De metingen zijn uitgevoerd volgens procedure P-SoundLevelMeter-2013-B

### Resultaten

Kalibratiemodus	:	<b>Kalibratie als ontvangen</b>
Resultaat	:	The sound level meter submitted for testing successfully completed the periodic tests of IEC 61672-3:2013, for the environmental conditions under which the tests were performed. As evidence was publicly available, from an independent testing organization responsible for approving the results of pattern-evaluation tests performed in accordance with IEC 61672-2:2013, to demonstrate that the model of sound level meter fully conformed to the class 1 specifications in IEC 61672-1:2013, the sound level meter submitted for testing conforms to the class 1 specifications of IEC 61672-1:2013.

Kalibratiedatum	:	10/01/2024
Afgiftedatum	:	10/01/2024
Gekalibreerd door	:	Frank Van Nyen Service Engineer
Geauthoriseerd door	:	Stijn Schepers Lab Manager

ENMO SERVICES BVBA  
Antwerpsesteenweg 49  
2350 Vosselaar, België

Onderdelen van het certificaat, kalibratieprocedures en / of rapportsjablonen mogen alleen worden gereproduceerd na schriftelijke toestemming.