

# VERKLARING

nummer 2009259.04600.1  
blad 1 van 1

|                 |  |
|-----------------|--|
| Aanvrager       | Politie Noord-Holland<br>Eugenie Previnaireweg 63 a<br>2151 BB NIEUW-VENNEP  |
| Aangeboden      | Een ademanalyse-apparaat voor een herhaald onderzoek<br>fabrikaat : Intoximeters Inc.<br>type : Intox EC/IR<br>serienummer : 04463<br>typegoedkeuringsnummer : T5973<br>kalibratienummer : 4463013                               |
| Onderzoeksdatum | Het onderzoek werd verricht op 26 januari 2017.  |
| Resultaat       | Bij het onderzoek voldeed het ademanalyse-apparaat aan de voorschriften zoals genoemd in de "Regeling ademanalyse".  |
| Herleidbaarheid | De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.   |
| Opmerking       | Deze verklaring vervalt 28 weken na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld. |

De aangewezen instantie,  
NMI Certin, 26 januari 2017

  
C. Oosterman  
Hoofd Certificatiebestuur

**DEZE VERKLARING DIENT IN DE ONDERZOEKSRUIMTE AANWEZIG TE ZIJN.**

**NMI Certin B.V.**  
Hugo de Grootplein 1  
3314 EG Dordrecht  
Nederland  
T +31 (0)78 633 23 20  
keuringen@nmi.nl  
www.nmi.nl

Dit document wordt verstrekt onder het voorbehoud dat generlei aansprakelijkheid wordt aanvaard en dat aanvrager vrijwaring geeft voor elke aansprakelijkheid jegens derden.

Reproductie van het volledige document is toegestaan.