

AANVULLENDE VERKLARING

nummer 2091474.02300.1A
blad 1 van 1

- Aanvrager Politie Noord-Holland
De Deimpt 7
1132 JV VOLENDAM
- Aangeboden Een ademanalyse-apparaat voor een aanvullend onderzoek bij de 0,2 promille grens (beginnend bestuurder).
- fabrikaat : Intoximeters
type : Intox EC/IR
serienummer : 04668
typegoedkeuringsnummer : T5973
kalibratienummer : 4668023
- Onderzoeksdatum Het onderzoek werd verricht op 11 januari 2018.
- Resultaat Bij het aanvullend onderzoek voldeed het ademanalyse-apparaat bij een nominale concentratie van 100 µg/l aan de voorschriften zoals genoemd in artikel 4.1.1.3 en 4.1.3.1 van de "Regeling ademanalyse".
- Herleidbaarheid De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.
- Opmerking Deze verklaring vervalt 28 weken na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De aangewezen instantie,
NMI Certin, 11 januari 2018


C. Oosterman
Hoofd Certificatiebestuur

DEZE VERKLARING DIENT IN DE ONDERZOEKSRUIMTE AANWEZIG TE ZIJN.

NMI Certin B.V.
Hugo de Grootplein 1
3314 EG Dordrecht
Nederland
T +31 (0)78 633 23 32
keuringen@nmi.nl
www.nmi.nl

Dit document wordt verstrekt onder het voorbehoud dat generlei aansprakelijkheid wordt aanvaard en dat aanvrager vrijwaring geeft voor elke aansprakelijkheid jegens derden.

Reproductie van het volledige document is toegestaan.