

VERKLARING

nummer 2017075.04600.1
blad 1 van 1

Aanvrager	Politie Noord-Holland Industrieweg 35 C 1613 KT GROOTEBROEK
Aangeboden	Een ademanalyse-apparaat voor een herhaald onderzoek fabrikaat : Intoximeters Inc. type : Intox EC/IR serienummer : 05036 typegoedkeuringsnummer : T5973 kalibratienummer : 5036028
Onderzoeksdatum	Het onderzoek werd verricht op 9 maart 2017.
Resultaat	Bij het onderzoek voldeed het ademanalyse-apparaat aan de voorschriften zoals genoemd in de "Regeling ademanalyse".
Herleidbaarheid	De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.
Opmerking	Deze verklaring vervalt 28 weken na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De aangewezen instantie,
NMI Certin, 9 maart 2017


C. Oosterman
Hoofd Certificatiebestuur

DEZE VERKLARING DIEN IN DE ONDERZOEKSRUIMTE AANWEZIG TE ZIJN.