

nummer 2528287.00501.1
blad 1 van 1

Aanvrager Politie Noord-Holland
Tiberiusplein 1
1971 HN IJMUIDEN

Aangeboden Een ademanalyse-apparaat voor een herhaald onderzoek

fabrikaat : Dräger
type : Alcotest 9510
serienummer : ARHA-0001
typegoedkeuringsnummer : T7802
kalibratienummer : 15

Onderzoeksdatum Het onderzoek werd verricht op 29 oktober 2020.

Resultaat Bij het onderzoek voldeed het ademanalyse-apparaat aan de voorschriften zoals genoemd in de "Regeling ademanalyse".

Herleidbaarheid De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.

Opmerking Deze verklaring vervalt 28 weken na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De certificerende instelling,
NMI Certin, 29 oktober 2020

Certificatiebestuur

DEZE VERKLARING DIENT IN DE ONDERZOEKSRUIMTE AANWEZIG TE ZIJN.

Aanvrager	Politie Noord-Holland Tiberiusplein 1 1971 HN IJMUIDEN
Aangeboden	Een ademanalyse-apparaat voor een aanvullend onderzoek bij de 0,2 promille grens (beginnend bestuurder). fabrikaat : Dräger type : Alcotest 9510 serienummer : ARHA-0001 typegoedkeuringsnummer : T7802 kalibratienummer : 15
Onderzoeksdatum	Het onderzoek werd verricht op 29 oktober 2020.
Resultaat	Bij het aanvullend onderzoek voldeed het ademanalyse-apparaat bij een nominale concentratie van 100 µg/l aan de voorschriften zoals genoemd in artikel 4.1.1.3 en 4.1.3.1 van de "Regeling ademanalyse".
Herleidbaarheid	De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.
Opmerking	Deze verklaring vervalt 28 weken na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De certificerende instelling,
NMI Certin, 29 oktober 2020

Certificatiebestuur

DEZE VERKLARING DIEN IN DE ONDERZOEKSRUIMTE AANWEZIG TE ZIJN.