



# VERKLARING

nummer 3512962.1-2210924.1

blad 1 van 1

Aanvrager

Politie - 105894  
Hertog Aalbrechtweg 36  
1823 DL Alkmaar

Aangeboden

Een ademanalyse-apparaat voor een herhaald onderzoek.

fabrikaat : Dräger  
type : Alcotest 9510  
serienummer : ARHA-0022  
typegoedkeuringsnummer : T7802  
kalibratienummer : 12

Onderzoeksdatum

Het onderzoek werd verricht op 03-05-2022.

Resultaat

Bij het onderzoek inclusief een concentratie voor beginnend bestuurder voldeed het ademanalyse-apparaat aan de voorschriften zoals genoemd in de Regeling ademanalyse.

Herleidbaarheid

De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.

Opmerking

Deze verklaring vervalt 28 weken na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De keuringsinstelling,  
NMI Certin, 03-05-2022

Certificatiebestuur

**DEZE VERKLARING DIENT IN DE ONDERZOEKSRUIMTE AANWEZIG TE ZIJN.**

**NMI Certin B.V.**

Thijsseweg 11  
2629 JA Delft  
Nederland  
T +31 (0)88 636 2332  
keuringen@nmi.nl  
www.nmi.nl

Dit document wordt verstrekt onder het voorbehoud dat generlei aansprakelijkheid wordt aanvaard en dat aanvrager vrijwaring geeft voor elke aansprakelijkheid jegens derden.

Reproductie van het volledige document is toegestaan.

Dit document is digitaal getekend en verzegeld. De digitale handtekening kan geverifieerd worden via de blauwe balk bovenin de elektronische versie van dit certificaat.

