



VERKLARING

nummer 2572418.00078.1
blad 1 van 1

Aanvrager	Politie Noord-Holland Hertog Aalbrechtweg 36 1823 DL Alkmaar
Aangeboden	Een lichtdoorlaatbaarheidsmeter voor een herhaald onderzoek fabrikaat : Turnkey Instruments type : Tintman typegoedkeuringsnummer : TP7611 serienummer : 2035 meetbereik : 0-100 % transmittantie
Onderzoeksdatum	Het onderzoek werd verricht op 29 november 2021.
Resultaat	Bij het onderzoek voldeed de lichtdoorlaatbaarheidsmeter aan de <i>Concept regeling voorschriften meetmiddelen politie en de Aanvullende eisen lichtdoorlaatbaarheidsmeters.</i>
Herleidbaarheid	De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.
Opmerking	Deze verklaring vervalt op 29 november 2022 of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De certificerende instelling,
NMI Certin, 29 november 2021

Certificatiebestuur