

Aanvrager Politie Noord-Holland  
Hertog aalbrechtweg 36  
1823 DL ALKMAAR

Aangeboden Een lichtdoorlaatbaarheidsmeter voor een herhaald onderzoek

fabrikaat	: Turnkey Instruments
type	: Tintman
typegoedkeuringsnummer	: TP7611
serienummer	: 2332
meetbereik	: 0-100 % transmittantie

Onderzoeksdatum Het onderzoek werd verricht op 7 februari 2022.

Resultaat Bij het onderzoek voldeed de lichtdoorlaatbaarheidsmeter aan de *Concept regeling voorschriften meetmiddelen politie* en de *Aanvullende eisen lichtdoorlaatbaarheidsmeters*.

Herleidbaarheid De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.

Opmerking Deze verklaring vervalt op 7 februari 2023 of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De certificerende instelling,  
NMI Certin, 7 februari 2022

Certificatiebestuur