

**Aanvrager** Politie Noord-Holland  
James wattstraat 27  
1817 DC ALKMAAR

**Aangeboden** Een lichtdoorlaatbaarheidsmeter voor een herhaald onderzoek

fabrikaat	:	Turnkey Instruments
type	:	Tintman
typegoedkeuringsnummer	:	TP7611
serienummer	:	1906
meetbereik	:	0-100 % transmittantie

**Onderzoeksdatum** Het onderzoek werd verricht op 24 juni 2019.

**Resultaat** Bij het onderzoek voldeed de lichtdoorlaatbaarheidsmeter aan de *Concept regeling voorschriften meetmiddelen politie* en de *Aanvullende eisen lichtdoorlaatbaarheidsmeters*.

**Herleidbaarheid** De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.

**Opmerking** Deze verklaring vervalt 12 maanden na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De certificerende instelling,  
NMI Certin, 24 juni 2019

  
C. Oosterman  
Hoofd Certificatiebestuur