

Aanvrager Dräger Nederland B.V.  
Huygensstraat 3-5  
2721 LT Zoetermeer

Aangeboden Een ademanalyse-apparaat voor een eerste onderzoek

fabrikaat	: Dräger
type	: Alcotest 9510
serienummer	: ARLA-0048
typegoedkeuringsnummer	: T7802
kalibratienummer	: 6

Onderzoeksdatum Het onderzoek werd verricht op 13 augustus 2021.

Resultaat Bij het onderzoek voldeed het ademanalyse-apparaat aan de voorschriften zoals genoemd in de "Regeling ademanalyse".

Herleidbaarheid De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.

Opmerking Deze verklaring vervalt 28 weken na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De certificerende instelling,  
NMI Certin, 13 augustus 2021

Certificatiebestuur

**DEZE VERKLARING DIENT IN DE ONDERZOEKSRUIMTE AANWEZIG TE ZIJN.**