



# VERKLARING

nummer 15201764.1000.5  
blad 1 van 1

Aanvrager Dräger Nederland B.V.  
Edisonstraat 53  
2723 RS ZOETERMEER

Aangeboden Een ademanalyse-apparaat voor een eerste onderzoek

fabrikaat : Dräger  
type : Alcotest 9510  
serienummer : ARHA-0040  
typegoedkeuringsnummer : T7802  
kalibratienummer : 8

Onderzoeksdatum Het onderzoek werd verricht op 12 mei 2015.

Resultaat Bij het onderzoek voldeed het ademanalyse-apparaat aan de voorschriften zoals genoemd in de "Regeling ademanalyse".

Herleidbaarheid De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.

Opmerking Deze verklaring vervalt 28 weken na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De aangewezen instantie,  
NMI Certin, 12 mei 2015

  
C. Oosterman  
Hoofd Certificatiebestuur

**DEZE VERKLARING DIENT IN DE ONDERZOEKSRUIMTE AANWEZIG TE ZIJN.**