

nummer 2017582.04600.3  
blad 1 van 1

|                 |  |
|-----------------|--|
| Aanvrager       | Politie Amsterdam<br>James Wattstraat 84<br>1097 DM AMSTERDAM  |
| Aangeboden      | Een ademanalyse-apparaat voor een herhaald onderzoek<br>fabrikaat : Intoximeters Inc.<br>type : Intox EC/IR<br>serienummer : 04626<br>typegoedkeuringsnummer : T5973<br>kalibratienummer : 4626026                               |
| Onderzoeksdatum | Het onderzoek werd verricht op 20 maart 2017.  |
| Resultaat       | Bij het onderzoek voldeed het ademanalyse-apparaat aan de voorschriften zoals genoemd in de "Regeling ademanalyse".  |
| Herleidbaarheid | De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.   |
| Opmerking       | Deze verklaring vervalt 28 weken na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld. |

De aangewezen instantie,  
NMI Certin, 20 maart 2017

  
C. Oosterman  
Hoofd Certificatiebestuur

**DEZE VERKLARING DIENT IN DE ONDERZOEKSRUIMTE AANWEZIG TE ZIJN.**

|                 |  |
|-----------------|--|
| Aanvrager       | Politie Amsterdam<br>James Wattstraat 84<br>1097 DM AMSTERDAM  |
| Aangeboden      | Een ademanalyse-apparaat voor een aanvullend onderzoek bij de 0,2 promille grens (beginnend bestuurder).<br><br>fabrikaat : Intoximeters Inc.<br>type : Intox EC/IR<br>serienummer : 04626<br>typegoedkeuringsnummer : T5973<br>kalibratienummer : 4626026 |
| Onderzoeksdatum | Het onderzoek werd verricht op 20 maart 2017.  |
| Resultaat       | Bij het aanvullend onderzoek voldeed het ademanalyse-apparaat bij een nominale concentratie van 100 µg/l aan de voorschriften zoals genoemd in artikel 4.1.1.3 en 4.1.3.1 van de "Regeling ademanalyse".   |
| Herleidbaarheid | De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.   |
| Opmerking       | Deze verklaring vervalt 28 weken na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.                           |

De aangewezen instantie,  
NMI Certin, 20 maart 2017

  
C. Oosterman  
Hoofd Certificatiebestuur

**DEZE VERKLARING DIEN IN DE ONDERZOEKSRUIMTE AANWEZIG TE ZIJN.**