



# VERKLARING

nummer 16203105.1000.4  
blad 1 van 1

Aanvrager                    Politie Amsterdam  
                                  James Wattstraat 84  
                                  1097 DM AMSTERDAM

Aangeboden                Een ademanalyse-apparaat voor een herhaald onderzoek

                                  fabrikaat                         : Intoximeters Inc.  
                                  type                                 : Intox EC/IR  
                                  serienummer                    : 04630  
                                  typegoedkeuringsnummer    : T5973  
                                  kalibratienummer              : 4630023

Onderzoeksdatum        Het onderzoek werd verricht op 19 september 2016.

Resultaat                    Bij het onderzoek voldeed het ademanalyse-apparaat aan de voorschriften  
                                  zoals genoemd in de "Regeling ademanalyse".

Herleidbaarheid         De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire  
                                  en/of (inter)nationale standaarden.

Opmerking                   Deze verklaring vervalt 28 weken na datum van onderzoek of bij herstelling  
                                  of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor  
                                  de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De aangewezen instantie,  
NMI Certin, 19 september 2016

  
C. Oosterman  
Hoofd Certificatiebestuur

**DEZE VERKLARING DIENT IN DE ONDERZOEKSRUIMTE AANWEZIG TE ZIJN.**

NMI Certin B.V.  
Hugo de Grootplein 1  
3314 EG Dordrecht  
Nederland  
T +31 (0)78 633 23 20  
keuringen@nmi.nl  
www.nmi.nl

Dit document wordt verstrekt onder het  
voorbehoud dat generlei aansprakelijkheid  
wordt aanvaard en dat aanvrager vrijwaring  
geeft voor elke aansprakelijkheid jegens  
derden.

Reproductie van het volledige document is toegestaan.





# AANVULLENDE VERKLARING

nummer 16203105.1000.4A  
blad 1 van 1

- Aanvrager                    Politie Amsterdam  
                                  James Wattstraat 84  
                                  1097 DM AMSTERDAM
- Aangeboden                Een ademanalyse-apparaat voor een aanvullend onderzoek bij de 0,2 promille grens (beginnend bestuurder).
- fabrikaat                         : Intoximeters Inc.  
                                  type                                 : Intox EC/IR  
                                  serienummer                     : 04630  
                                  typegoedkeuringsnummer     : T5973  
                                  kalibratienummer               : 4630023
- Onderzoeksdatum        Het onderzoek werd verricht op 19 september 2016.
- Resultaat                    Bij het aanvullend onderzoek voldeed het ademanalyse-apparaat bij een nominale concentratie van 100 µg/l aan de voorschriften zoals genoemd in artikel 4.1.1.3 en 4.1.3.1 van de "Regeling ademanalyse".
- Herleidbaarheid         De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.
- Opmerking                 Deze verklaring vervalt 28 weken na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De aangewezen instantie,  
NMI Certin, 19 september 2016

  
C. Oosterman  
Hoofd Certificatiebestuur

**DEZE VERKLARING DIENT IN DE ONDERZOEKSRUIMTE AANWEZIG TE ZIJN.**

NMI Certin B.V.  
Hugo de Grootplein 1  
3314 EG Dordrecht  
Nederland  
T +31 (0)78 633 23 20  
keuringen@nmi.nl  
www.nmi.nl

Dit document wordt verstrekt onder het voorbehoud dat generlei aansprakelijkheid wordt aanvaard en dat aanvrager vrijwaring geeft voor elke aansprakelijkheid jegens derden.

Reproductie van het volledige document is toegestaan.

