



VERKLARING

nummer 15200691.1000.14
blad 1 van 1

Aanvrager Politie Amsterdam
 James Wattstraat 84
 1097 DM AMSTERDAM

Aangeboden Een ademanalyse-apparaat voor een herhaald onderzoek

 fabrikaat : Intoximeters Inc.
 type : Intox EC/IR
 serienummer : 04641
 typegoedkeuringsnummer : T5973
 kalibratienummer : 4641024

Onderzoeksdatum Het onderzoek werd verricht op 17 maart 2015.

Resultaat Bij het onderzoek voldeed het ademanalyse-apparaat aan de voorschriften
 zoals genoemd in de "Regeling ademanalyse".

Herleidbaarheid De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire
 en/of (inter)nationale standaarden.

Opmerking Deze verklaring vervalt 28 weken na datum van onderzoek of bij herstelling
 of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor
 de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De aangewezen instantie,
NMI Certin, 17 maart 2015


C. Oosterman
Hoofd Certificatiebestuur

DEZE VERKLARING DIEN IN DE ONDERZOEKSRUIMTE AANWEZIG TE ZIJN.

NMI Certin B.V.
Hugo de Grootplein 1
3314 EG Dordrecht
Nederland
T +31 (0)78 633 23 20
keuringen@nmi.nl
www.nmi.nl

Dit document wordt verstrekt onder het
voorbehoud dat generlei aansprakelijkheid
wordt aanvaard en dat aanvrager vrijwaring
geeft voor elke aansprakelijkheid jegens
derden.

Reproductie van het volledige document is toegestaan.