

|                 |  |
|-----------------|--|
| Aanvrager       | Politie Amsterdam<br>James Wattstraat 84<br>1097 DM AMSTERDAM  |
| Aangeboden      | Een ademanalyse-apparaat voor een herhaald onderzoek<br>fabrikaat : Intoximeters Inc.<br>type : Intox EC/IR<br>serienummer : 04643<br>typegoedkeuringsnummer : T5973<br>kalibratienummer : 4643020                               |
| Onderzoeksdatum | Het onderzoek werd verricht op 16 september 2015.  |
| Resultaat       | Bij het onderzoek voldeed het ademanalyse-apparaat aan de voorschriften zoals genoemd in de "Regeling ademanalyse".  |
| Herleidbaarheid | De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.   |
| Opmerking       | Deze verklaring vervalt 28 weken na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld. |

De aangewezen instantie,  
NMI Certin, 16 september 2015

  
C. Oosterman  
Hoofd Certificatiebestuur

**DEZE VERKLARING DIENT IN DE ONDERZOEKSRUIMTE AANWEZIG TE ZIJN.**