



VERKLARING

nummer 13200732.1000.8

blad 1 van 1

Aanvrager Politie Amsterdam-Amstelland
James Wattstraat 84
1097 DM AMSTERDAM

Aangeboden Een ademanalyse-apparaat voor een herhaald onderzoek

 fabrikaat : Intoximeters Inc.
 type : Intox EC/IR
 serienummer : 04645
 typegoedkeuringsnummer : T5973
 kalibratienummer : 4645012

Onderzoeksdatum Het onderzoek werd verricht op 18 maart 2013.

Resultaat Bij het onderzoek voldeed het ademanalyse-apparaat aan de voorschriften
zoals genoemd in de "Regeling ademanalyse".

Herleidbaarheid De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire
en/of (inter)nationale standaarden.

Opmerking Deze verklaring vervalt 28 weken na datum van onderzoek of bij herstelling
of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor
de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De aangewezen instantie,
NMI Certin, 18 maart 2013


C. Oosterman
Hoofd Certificatiebestuur

DEZE VERKLARING DIENT IN DE ONDERZOEKSRUIMTE AANWEZIG TE ZIJN.

NMI Certin B.V.
Locatie Dordrecht
Hugo de Grootplein 1
3314 EG Dordrecht
T +31 (0)78 633 23 20
F +31 (0)78 633 23 48
keuringen@nmi.nl
www.nmi.nl

Dit document wordt verstrekt onder het
voorbehoud dat generlei aansprakelijkheid
wordt aanvaard en dat aanvrager vrijwaring
geeft voor elke aansprakelijkheid jegens
derden.

NMI Certin B.V., KvK nr. 27.233.418

Reproductie van het volledige document is toegestaan.
Gedeelten van het document mogen slechts worden
gereproduceerd na verkregen schriftelijke toestemming van
het laboratorium van afgifte.





VERKLARING

nummer 13203324.1000.4

blad 1 van 1

Aanvrager Politie Amsterdam-Amstelland
James Wattstraat 84
1097 DM AMSTERDAM

Aangeboden Een ademanalyse-apparaat voor een herhaald onderzoek

 fabrikaat : Intoximeters Inc.
 type : Intox EC/IR
 serienummer : 04645
 typegoedkeuringsnummer : T5973
 kalibratienummer : 4645014

Onderzoeksdatum Het onderzoek werd verricht op 16 september 2013.

Resultaat Bij het onderzoek voldeed het ademanalyse-apparaat aan de voorschriften
zoals genoemd in de "Regeling ademanalyse".

Herleidbaarheid De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire
en/of (inter)nationale standaarden.

Opmerking Deze verklaring vervalt 28 weken na datum van onderzoek of bij herstelling
of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor
de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De aangewezen instantie,
NMI Certin, 16 september 2013


C. Oosterman
Hoofd Certificatiebestuur

DEZE VERKLARING DIEN IN DE ONDERZOEKSRUIMTE AANWEZIG TE ZIJN.

NMI Certin B.V.
Hugo de Grootplein 1
3314 EG Dordrecht
Nederland
T +31 (0)78 633 23 20
keuringen@nmi.nl
www.nmi.nl

Dit document wordt verstrekt onder het
voorbehoud dat generlei aansprakelijkheid
wordt aanvaard en dat aanvrager vrijwaring
geeft voor elke aansprakelijkheid jegens
derden.

Iedere belanghebbende kan tegen dit besluit, binnen zes
weken na de dag van toezending, bezwaar aantekenen bij
de directeur NMI Certin B.V. (zie www.nmi.nl)

Reproductie van het volledige document is toegestaan.

