



VERKLARING

nummer 15200691.1000.26

blad 1 van 1

Aanvrager Politie Amsterdam
James Wattstraat 84
1097 DM AMSTERDAM

Aangeboden Een ademanalyse-apparaat voor een herhaald onderzoek

fabrikaat : Intoximeters Inc.
type : Intox EC/IR
serienummer : 04648
typegoedkeuringsnummer : T5973
kalibratienummer : 4648016

Onderzoeksdatum Het onderzoek werd verricht op 18 maart 2015.

Resultaat Bij het onderzoek voldeed het ademanalyse-apparaat aan de voorschriften zoals genoemd in de "Regeling ademanalyse".

Herleidbaarheid De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.

Opmerking Deze verklaring vervalt 28 weken na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De aangewezen instantie,
NMI Certin, 18 maart 2015


C. Oosterman
Hoofd Certificatiebestuur

DEZE VERKLARING DIENT IN DE ONDERZOEKSRUIMTE AANWEZIG TE ZIJN.

NMI Certin B.V.
Hugo de Grootplein 1
3314 EG Dordrecht
Nederland
T +31 (0)78 633 23 20
keuringen@nmi.nl
www.nmi.nl

Dit document wordt verstrekt onder het voorbehoud dat generlei aansprakelijkheid wordt aanvaard en dat aanvrager vrijwaring geeft voor elke aansprakelijkheid jegens derden.

Reproductie van het volledige document is toegestaan.

