


nummer 15200691.1000.13

blad 1 van 1

- Aanvrager Politie Amsterdam
 James Wattstraat 84
 1097 DM AMSTERDAM
- Aangeboden Een ademanalyse-apparaat voor een herhaald onderzoek
- fabrikaat : Intoximeters Inc.
 type : Intox EC/IR
 serienummer : 04650
 typegoedkeuringsnummer : T5973
 kalibratienummer : 4650013
- Onderzoeksdatum Het onderzoek werd verricht op 17 maart 2015.
- Resultaat Bij het onderzoek voldeed het ademanalyse-apparaat aan de voorschriften zoals genoemd in de "Regeling ademanalyse".
- Herleidbaarheid De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.
- Opmerking Deze verklaring vervalt 28 weken na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De aangewezen instantie,
NMI Certin, 17 maart 2015


C. Oosterman
Hoofd Certificatiebestuur

DEZE VERKLARING DIEN IN DE ONDERZOEKSRUIMTE AANWEZIG TE ZIJN.