

| | |
|------------------|--|
| Aanvrager | Politie Eenheid Amsterdam James Wattstraat 84 1097 DM AMSTERDAM |
| Aangeboden | Een laser-snelheidsmeter voor een herhaald onderzoek fabrikaat : Kustom Signals Inc. type : ProLaser 4 typegoedkeuringsnummer : TP 8251 nummer : LF 03275 bereik : 0 km/h - 250 km/h categorie : B |
| Opstellingswijze | Opstelling zonder afscherming tussen apparaat en gemeten voertuig. |
| Resultaat | Bij het onderzoek voldeed de snelheidsmeter aan de <i>Concept voorschriften meetmiddelen politie</i> . |
| Onderzoeksdatum | Het onderzoek werd verricht op 13 juli 2017. |
| Herleidbaarheid | De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden. |
| Opmerking | Deze verklaring vervalt 12 maanden na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld. |

De aangewezen instantie,
NMI Certin, 13 juli 2017


C. Oosterman
Hoofd Certificatiebestuur