

nummer 16202183.1000.2

blad 1 van 1

| | |
|------------------|--|
| Aanvrager | Politie Amsterdam Postbus 2287 1000 CG AMSTERDAM |
| Aangeboden | Een laser-snelheidsmeter voor een herhaald onderzoek fabrikaat : Kustom Signals Inc. type : ProLaser 4 typegoedkeuringsnummer : TP 8251 nummer : LF03275 bereik : 0 km/h - 250 km/h categorie : B |
| Opstellingswijze | Opstelling zonder afscherming tussen apparaat en gemeten voertuig. |
| Resultaat | Bij het onderzoek voldeed de snelheidsmeter aan de <i>Concept voorschriften meetmiddelen politie.</i> |
| Onderzoeksdatum | Het onderzoek werd verricht op 1 juli 2016. |
| Herleidbaarheid | De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden. |
| Opmerking | Deze verklaring vervalt 12 maanden na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld. |

De aangewezen instantie,
NMI Certin, 1 juli 2016


C. Oosterman
Hoofd Certificatiebestuur