

|  |   |
|--|---|
| Aanvrager  | Politie Amsterdam<br>James Wattstraat 84<br>1097 DM Amsterdam   |
| Aangeboden   | Een laser-snelheidsmeter voor een herhaald onderzoek<br><br>fabrikaat : Laser Technology<br>type : LTI 20/20 TruSpeed LR<br>typegoedkeuringsnummer : TP 7620<br>nummer : TS 005273<br>bereik : 0 km/h - 322 km/h<br>categorie : B |
| Opstellingswijze   | Opstelling met of zonder afscherming tussen apparaat en gemeten voertuig. De afscherming bestaande uit een autoruit is in de keuring betrokken geweest.   |
| Resultaat  | Bij het onderzoek voldeed de snelheidsmeter aan de <i>Concept regeling voorschriften meetmiddelen politie</i> .   |
| Onderzoeksdatum  | Het onderzoek werd verricht op 25 januari 2022.   |
| Herleidbaarheid  | De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.  |
| Opmerking  | Deze verklaring vervalt op 25 januari 2023 of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.               |
| De certificerende instelling,<br>NMI Certin, 25 januari 2022 |   |
| Certificatiebestuur  |   |