



# VERKLARING

nummer 2425166.00501.3  
blad 1 van 1

Aanvrager            Politie Den Haag  
                          Katschiplaan 10  
                          2496 ZN 'S-GRAVENHAGE

Aangeboden            Een ademanalyse-apparaat voor een herhaald onderzoek

|                        |   |               |
|------------------------|---|---------------|
| fabrikaat              | : | Dräger        |
| type                   | : | Alcotest 9510 |
| serienummer            | : | ARHA-0039     |
| typegoedkeuringsnummer | : | T7802         |
| kalibratienummer       | : | 19            |

Onderzoeksdatum    Het onderzoek werd verricht op 26 november 2019.

Resultaat             Bij het onderzoek voldeed het ademanalyse-apparaat aan de voorschriften zoals genoemd in de "Regeling ademanalyse".

Herleidbaarheid     De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.

Opmerking            Deze verklaring vervalt 28 weken na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De aangewezen instantie,  
NMI Certin, 26 november 2019

  
C. Oosterman  
Hoofd Certificatiebestuur

**DEZE VERKLARING DIENT IN DE ONDERZOEKSRUIMTE AANWEZIG TE ZIJN.**

NMI Certin B.V.  
Thijssesweg 11  
2629 JA Delft  
Nederland  
T +31 (0)88 636 2332  
keuringen@nmi.nl  
www.nmi.nl

Dit document wordt verstrekt onder het voorbehoud dat generlei aansprakelijkheid wordt aanvaard en dat aanvrager vrijwaring geeft voor elke aansprakelijkheid jegens derden.

Reproductie van het volledige document is toegestaan.



23  
John Gielen



# AANVULLENDE VERKLARING

nummer 2425166.00501.3A  
blad 1 van 1

Aanvrager            Politie Den Haag  
                          Katschiplaan 10  
                          2496 ZN 'S-GRAVENHAGE

Aangeboden            Een ademanalyse-apparaat voor een aanvullend onderzoek bij de 0,2 promille grens (beginnend bestuurder).

                          fabrikaat                           : Dräger  
                          type                                 : Alcotest 9510  
                          serienummer                       : ARHA-0039  
                          typegoedkeuringsnummer       : T7802  
                          kalibratienummer                 : 19

Onderzoeksdatum    Het onderzoek werd verricht op 26 november 2019.

Resultaat             Bij het aanvullend onderzoek voldeed het ademanalyse-apparaat bij een nominale concentratie van 100 µg/l aan de voorschriften zoals genoemd in artikel 4.1.1.3 en 4.1.3.1 van de "Regeling ademanalyse".

Herleidbaarheid    De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.

Opmerking            Deze verklaring vervalt 28 weken na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De aangewezen instantie,  
NMI Certin, 26 november 2019

  
C. Oosterman  
Hoofd Certificatiebestuur

**DEZE VERKLARING DIENT IN DE ONDERZOEKSRUIMTE AANWEZIG TE ZIJN.**