

Nummer 11502137.11  
Blad 1 van 1

- Aanvrager** Landelijk Parket Team Verkeer (LPTV)  
Burg. Patijnlaan 35  
2585 BG DEN HAAG
- Aangeboden** Een ademanalyse-apparaat voor een herhaald onderzoek  
fabrikaat : Intoximeters Inc.  
type : Intox EC/IR  
serienummer : 05030  
typegoedkeuringsteken : T5973  
kalibratienummer : **5030013**
- Resultaat** Bij het onderzoek voldeed het ademanalyse-apparaat aan de voorschriften  
zoals  
genoemd in de "Regeling ademanalyse".
- Datum van onderzoek** Het onderzoek werd verricht op 15 april 2011.
- Herleidbaarheid** De bij de verrichte kalibratie en metingen gebruikte meetmiddelen zijn  
herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.
- Opmerking** Deze verklaring vervalt 28 weken na dagtekening of bij herstelling of  
verandering van het apparaat indien deze op het resultaat van het  
ademonderzoek van invloed kan zijn (artikel 5 van bovengenoemde Regeling).

De aangewezen keuringsinstantie,  
NMI Certin, 15 april 2011



C. Oosterman  
Hoofd Certificatiebestuur

**DEZE VERKLARING DIENT IN DE ONDERZOEKSRUIMTE AANWEZIG TE ZIJN.**