



# VERKLARING

nummer 13203441.2000.1

blad 1 van 1

- Aanvrager** Politie Eenheid: Den Haag, Dienst Regionale Operationele Samenwerking  
Afdeling Infrastructuur, team Verkeer  
Katschiplaan 10  
De Yp  
2496 ZN 'S-GRAVENHAGE
- Aangeboden** Een ademanalyse-apparaat voor een herhaald onderzoek
- |                        |   |              |
|------------------------|---|--------------|
| fabrikaat              | : | Intoximeters |
| type                   | : | Intox EC/IR  |
| serienummer            | : | 05030        |
| typegoedkeuringsnummer | : | T5973        |
| kalibratienummer       | : | 5030017      |
- Onderzoeksdatum** Het onderzoek werd verricht op 15 oktober 2013.
- Resultaat** Bij het onderzoek voldeed het ademanalyse-apparaat aan de voorschriften zoals genoemd in de "Regeling ademanalyse".
- Herleidbaarheid** De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.
- Opmerking** Deze verklaring vervalt 28 weken na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De aangewezen instantie,  
NMI Certin, 15 oktober 2013

  
C. Oosterman  
Hoofd Certificatiebestuur

**DEZE VERKLARING DIENT IN DE ONDERZOEKSRUIMTE AANWEZIG TE ZIJN.**

NMI Certin B.V.  
Hugo de Grootplein 1  
3314 EG Dordrecht  
Nederland  
T +31 (0)78 633 23 20  
keuringen@nmi.nl  
www.nmi.nl

Dit document wordt verstrekt onder het voorbehoud dat generlei aansprakelijkheid wordt aanvaard en dat aanvrager vrijwaring geeft voor elke aansprakelijkheid jegens derden.

Iedere belanghebbende kan tegen dit besluit, binnen zes weken na de dag van toezending, bezwaar aantekenen bij de directeur NMI Certin B.V. (zie [www.nmi.nl](http://www.nmi.nl))

Reproductie van het volledige document is toegestaan.

