



# VERKLARING

nummer 13204604.1000.1  
blad 1 van 1

Aanvrager	Politie Den Haag Postbus 264 2501 CG 'S-GRAVENHAGE																														
Aangeboden	Een detector snelheidsmeter voor een herhaald onderzoek <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>fabrikaat</td> <td>:</td> <td>Gatsometer</td> </tr> <tr> <td>type</td> <td>:</td> <td>RLC 36</td> </tr> <tr> <td>typegoedkeuringsnummer</td> <td>:</td> <td>TP5276</td> </tr> <tr> <td>serienummer</td> <td>:</td> <td>248</td> </tr> <tr> <td>detector</td> <td>type</td> <td>: GLD4 - 2S</td> </tr> <tr> <td></td> <td>nummer</td> <td>: 000003116BA2</td> </tr> <tr> <td>foto-eenheid</td> <td>type</td> <td>: RLC 36</td> </tr> <tr> <td></td> <td>nummer</td> <td>: 248</td> </tr> <tr> <td>bereik</td> <td>:</td> <td>1 km/h - 250 km/h</td> </tr> <tr> <td>categorie</td> <td>:</td> <td>A</td> </tr> </table>	fabrikaat	:	Gatsometer	type	:	RLC 36	typegoedkeuringsnummer	:	TP5276	serienummer	:	248	detector	type	: GLD4 - 2S		nummer	: 000003116BA2	foto-eenheid	type	: RLC 36		nummer	: 248	bereik	:	1 km/h - 250 km/h	categorie	:	A
fabrikaat	:	Gatsometer																													
type	:	RLC 36																													
typegoedkeuringsnummer	:	TP5276																													
serienummer	:	248																													
detector	type	: GLD4 - 2S																													
	nummer	: 000003116BA2																													
foto-eenheid	type	: RLC 36																													
	nummer	: 248																													
bereik	:	1 km/h - 250 km/h																													
categorie	:	A																													
Opstellingswijze	Alleen geldig met een Verklaring van de locatie of een meetstaat met lusafstanden.																														
Resultaat	Bij het onderzoek voldeed de snelheidsmeter aan de <i>Concept voorschriften meetmiddelen politie</i> .																														
Onderzoeksdatum	Het onderzoek werd verricht op 16 december 2013.																														
Herleidbaarheid	De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.																														
Opmerking	Deze verklaring vervalt 12 maanden na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.																														

De aangewezen instantie,  
NMI Certin, 16 december 2013

  
C. Oosterman  
Hoofd Certificatiebestuur