

nummer 13200888.1000.7

blad 1 van 1

- Aanvrager** Dutch Dynamometers & Engineering
Hogerwerf 15
4704 RV ROOSENDAAL
- Aangeboden** Een bromfietsrollentestbank voor een herhaald onderzoek
- fabrikaat : DynoStar
type : Model 2C-S
typegoedkeuringsnummer : T6820
meetbereik : 0-125 km/h
serienummer bank : 020277
serienummer elektronica : 237
kalibratieteller : 00001
softwareversie : 3.22
checksum : 0x0000FF76
- Onderzoeksdatum** Het onderzoek werd verricht op 14 mei 2013.
- Resultaat** Bij het onderzoek voldeed de bromfietsrollentestbank aan de voorschriften zoals vermeld in *hoofdstuk 8 van de Regeling voertuigen*.
- Herleidbaarheid** De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.
- Opmerking** Dit certificaat vervalt 12 maanden na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De aangewezen instantie,
NMI Certin, 14 mei 2013


C. Oosterman
Hoofd Certificatiebestuur