



Verklaring

Nummer 11503296

Blad 1 van 1

- Aanvrager** Politie Brabant Noord Team Vught
Repelweg 6
5261 SM VUGHT
- Aangeboden** Een ademanalyse-apparaat voor een herhaald onderzoek
fabrikaat : Intoximeters Inc.
type : Intox EC/IR
serienummer : 05052
typegoedkeuringsteken : T5973
kalibratienummer : 5052021
- Resultaat** Bij het onderzoek voldeed het ademanalyse-apparaat aan de voorschriften
zoals
genoemd in de "Regeling ademanalyse".
- Datum van onderzoek** Het onderzoek werd verricht op 8 juni 2011.
- Herleidbaarheid** De bij de verrichte kalibratie en metingen gebruikte meetmiddelen zijn
herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.
- Opmerking** Deze verklaring vervalt 28 weken na dagtekening of bij herstelling of
verandering van het apparaat indien deze op het resultaat van het
ademonderzoek van invloed kan zijn (artikel 5 van bovengenoemde Regeling).

De aangewezen keuringsinstantie,
NMI Certin, 8 juni 2011


C. Oosterman
Hoofd Certificatiebestuur

DEZE VERKLARING DIENT IN DE ONDERZOEKSRUIMTE AANWEZIG TE ZIJN.

NMI Certin B.V.
Hugo de Grootplein 1
3314 EG Dordrecht
T +31 (0)78 633 23 20
F +31 (0)78 633 23 48
keuringen@nmi.nl
www.nmi.nl

Dit document wordt verstrekt onder het
voorbehoud dat generlei aansprakelijkheid
wordt aanvaard en dat aanvrager vrijwaring
geeft voor elke aansprakelijkheid jegens
derden.

NMI Certin B.V., KvK nr. 27.233.418

Reproductie van het volledige document is toegestaan.
Gedeelten van het document mogen slechts worden
gereproduceerd na verkregen schriftelijke toestemming van
het laboratorium van afgifte.

Iedere belanghebbende kan tegen dit besluit, binnen zes weken
na de dag van toezending, bezwaar aantekenen bij de directeur
NMI B.V. (zie "Regeling bezwaar en beroep tegen besluiten van
NMI B.V.").

