



VERKLARING

11 MAART 2019

nummer 2291760.00004.1
blad 1 van 1

Aanvrager Politie Oost-Brabant
De beverspijken 1
5221 EE 'S-HERTOGENBOSCH

Aangeboden Een lichtdoorlaatbaarheidsmeter voor een herhaald onderzoek

fabrikaat : Turnkey Instruments
type : Tintman
typegoedkeuringsnummer : TP7611
serienummer : 1649
meetbereik : 0-100 % transmittantie

Onderzoeksdatum Het onderzoek werd verricht op 25 februari 2019.

Resultaat Bij het onderzoek voldeed de lichtdoorlaatbaarheidsmeter aan de *Concept voorschriften meetmiddelen politie* en de *Aanvullende eisen lichtdoorlaatbaarheidsmeters*.

Herleidbaarheid De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.

Opmerking Deze verklaring vervalt 12 maanden na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De aangewezen instantie,
NMI Certin, 25 februari 2019


C. Oosterman
Hoofd Certificatiebestuur