

Aanvrager	MD Techniek BV Postbus 1041 4700 BA ROSENDAAL
Aangeboden	Een Wiellastmeter voor een herhaald onderzoek fabrikaat : HAENNI type : WL 103 serienummer : 4805 weegvermogen : 10.000 kg afleeseenheid : 50 kg typegoedkeuringsnummer : 64.E827
Onderzoeksdatum	Het onderzoek werd verricht op 4 juli 2016.
Resultaat	Bij het onderzoek voldeed het meetmiddel aan de voorschriften zoals genoemd in de <i>Regeling meetmiddelen politie</i> .
Herleidbaarheid	De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.
Opmerking	Deze verklaring vervalt 24 maanden na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De aangewezen instantie,
NMI Certin, 4 juli 2016



C. Oosterman
Hoofd Certificatiebestuur