



VERKLARING

nummer 2572424.00034.5
blad 1 van 1

Aanvrager	MD Techniek BV Neon 15-P 4751 XA OUD GASTEL
Aangeboden	Een Wiellastmeter voor een herhaald onderzoek fabrikaat : HAENNI type : WL 108 serienummer : 981 weegvermogen : 10.000 kg afleeseenheid : 20 kg typegoedkeuringsnummer : CH-W1-17023-00-EN
Onderzoeksdatum	Het onderzoek werd verricht op 23 november 2021.
Resultaat	Bij het onderzoek voldeed de wiellastmeter aan de <i>Concept regeling voorschriften meetmiddelen politie</i> .
Herleidbaarheid	De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.
Opmerking	Deze verklaring vervalt op 23 november 2022 of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.
De certificerende instelling, NMI Certin, 23 november 2021	
Certificatiebestuur	



VERKLARING

nummer 2572424.00034.6
blad 1 van 1

Aanvrager	MD Techniek BV Neon 15-P 4751 XA OUD GASTEL
Aangeboden	Een Wiellastmeter voor een herhaald onderzoek fabrikaat : HAENNI type : WL 108 serienummer : 982 weegvermogen : 10.000 kg afleeseenheid : 20 kg typegoedkeuringsnummer : CH-W1-17023-00-EN
Onderzoeksdatum	Het onderzoek werd verricht op 23 november 2021.
Resultaat	Bij het onderzoek voldeed de wiellastmeter aan de <i>Concept regeling voorschriften meetmiddelen politie</i> .
Herleidbaarheid	De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.
Opmerking	Deze verklaring vervalt op 23 november 2022 of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.
De certificerende instelling,	NMi Certin, 23 november 2021
Certificatiebestuur	