

|                 |  |
|-----------------|--|
| Aanvrager       | Politie Oost-Brabant<br>Postbus 90163<br>5200 MS 'S-HERTOGENBOSCH  |
| Aangeboden      | Een lichtdoorlaatbaarheidsmeter voor een herhaald onderzoek<br>fabrikaat : Turnkey Instruments<br>type : Tintman<br>typegoedkeuringsnummer : TP7611<br>serienummer : TMN 1652<br>meetbereik : 0-100 % transmittantie               |
| Onderzoeksdatum | Het onderzoek werd verricht op 6 oktober 2014.   |
| Resultaat       | Bij het onderzoek voldeed de lichtdoorlaatbaarheidsmeter aan de <i>Concept voorschriften meetmiddelen politie</i> en de <i>Aanvullende eisen lichtdoorlaatbaarheidsmeters</i> .  |
| Herleidbaarheid | De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.   |
| Opmerking       | Deze verklaring vervalt 12 maanden na datum van onderzoek of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld. |

De aangewezen instantie,  
NMI Certin, 6 oktober 2014

  
C. Oosterman  
Hoofd Certificatiebestuur