



# VERKLARING

nummer 2291773.00024.1  
blad 1 van 1

Aanvrager MD Techniek BV  
Neon 15-P  
4751 XA OUD GASTEL

Aangeboden Een Wiellastmeter voor een herhaald onderzoek

fabrikaat : HAENNI  
type : WL 103  
serienummer : 216  
weegvermogen : 2.000 kg  
afleeseenheid : 5 kg  
typegoedkeuringsnummer : 64.E827

Onderzoeksdatum Het onderzoek werd verricht op 4 september 2019.

Resultaat Bij het onderzoek voldeed de wiellastmeter aan de *Concept regeling voorschriften meetmiddelen politie*.

Herleidbaarheid De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.

Opmerking Deze verklaring vervalt op 4 september 2020 of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De certificerende instelling,  
NMI Certin, 4 september 2019

  
C. Oosterman  
Hoofd Certificatiebestuur

Aanvrager MD Techniek BV  
Neon 15-P  
4751 XA OUD GASTEL

Aangeboden Een Wiellastmeter voor een herhaald onderzoek

fabrikaat : HAENNI  
type : WL 103  
serienummer : 217  
weegvermogen : 2.000 kg  
afleeseenheid : 5 kg  
typegoedkeuringsnummer : 64.E827

Onderzoeksdatum Het onderzoek werd verricht op 4 september 2019.

Resultaat Bij het onderzoek voldeed de wiellastmeter aan de *Concept regeling voorschriften meetmiddelen politie*.

Herleidbaarheid De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.

Opmerking Deze verklaring vervalt op 4 september 2020 of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De certificerende instelling,  
NMI Certin, 4 september 2019

  
C. Oosterman  
Hoofd Certificatiebestuur