



VERKLARING

nummer 2572418.00035.1
blad 1 van 1

Aanvrager

Aangeboden Een lichtdoorlaatbaarheidsmeter voor een herhaald onderzoek

fabrikaat	: Turnkey Instruments
type	: Tintman
typegoedkeuringsnummer	: TP7611
serienummer	: 2031
meetbereik	: 0-100 % transmittantie

Onderzoeksdatum Het onderzoek werd verricht op 20 april 2021.

Resultaat Bij het onderzoek voldeed de lichtdoorlaatbaarheidsmeter aan de *Concept regeling voorschriften meetmiddelen politie en de Aanvullende eisen lichtdoorlaatbaarheidsmeters.*

Herleidbaarheid De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.

Opmerking Deze verklaring vervalt op 20 april 2022 of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De certificerende instelling,
NMI Certin, 20 april 2021

Certificatiebestuur