



VERKLARING

nummer 3476898.00049.3
blad 1 van 1

Aanvrager

Aangeboden

Een lichtdoorlaatbaarheidsmeter voor een herhaald onderzoek

fabrikaat : Turnkey Instruments
type : Tintman
typegoedkeuringsnummer : TP7611
serienummer : 1630
meetbereik : 0-100 % transmittantie

Onderzoeksdatum

Het onderzoek werd verricht op 3 mei 2022.

Resultaat

Bij het onderzoek voldeed de lichtdoorlaatbaarheidsmeter aan de *Concept regeling voorschriften meetmiddelen politie en de Aanvullende eisen lichtdoorlaatbaarheidsmeters.*

Herleidbaarheid

De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.

Opmerking

Deze verklaring vervalt op 3 mei 2023 of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De certificerende instelling,
NMI Certin, 3 mei 2022