



VERKLARING

nummer 3625672.00050.2
blad 1 van 1

Aanvrager

Aangeboden Een lichtdoorlaatbaarheidsmeter voor een herhaald onderzoek

fabrikaat : Turnkey Instruments
type : Tintman
typegoedkeuringsnummer : TP7611
serienummer : 2034
meetbereik : 0-100 % transmittantie

Onderzoeksdatum Het onderzoek werd verricht op 30 mei 2023.

Resultaat Bij het onderzoek voldeed de lichtdoorlatendheidsmeter aan de *Regeling meetmiddelen politie 2022* en de *Aanvullende eisen lichtdoorlatendheidsmeter*.

Herleidbaarheid De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.

Opmerking Deze verklaring vervalt op 30 mei 2024 of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De certificerende instelling,
NMI Certin, 30 mei 2023

Certificatiebestuur