

Aanvrager	Maha Nederland B.V Bleek 4 4206 CD GORINCHEM
Aangeboden	Een remvertragingsmeter met manometer voor een herhaald onderzoek fabrikaat : Maha type : VZM300 typegoedkeuringsnummer : TP5616 serienummer : 9317 onderzocht meetbereik : 0 - 9,81 m/s ² resp. 10 bar
Resultaat	Bij het onderzoek voldeed het meetmiddel aan de voorschriften, zoals genoemd in de <i>Concept regeling voorschriften meetmiddelen politie</i> .
Onderzoeksdatum	Het onderzoek werd verricht op 21 februari 2019.
Herleidbaarheid	De bij het onderzoek gebruikte meetmiddelen zijn herleidbaar naar primaire en/of (inter)nationale standaarden.
Opmerking	Deze verklaring vervalt op 21 februari 2020 of bij herstelling of verandering indien dit op het meetresultaat van invloed kan zijn. De voor de juiste werking kritische onderdelen c.q. afstellingen zijn verzegeld.

De certificerende instelling,
NMI Certin, 21 februari 2019



Hoofd Certificatiebestuur